Table 1. Results of thickness measurements of spacer #41.

| Angle (deg) | 0 | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | 315 | Average thickness (μm) | Parallelism (μm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Measurement ## | (Thickness - 4mm), μm | | | | | | | | | |
| 1 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -1 | -1 | -0.9 | -1 | -1 | -0.9 | 0.2 |
| 2 | -0.7 | -0.8 | -1 | -1 | -1.1 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.9 | 0.3 |
| 3 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -0.6 | -0.6 | -0.7 | 0.2 |
| 4 | -0.7 | -0.7 | -0.8 | -1 | -0.9 | -0.8 | -0.7 | -0.6 | -0.8 | 0.4 |
| 5 | -0.7 | -0.9 | -0.9 | -1 | -1 | -0.9 | -0.9 | -0.8 | -0.9 | 0.3 |
| 6 | -0.7 | -0.7 | -0.8 | -0.9 | -0.9 | -0.8 | -0.6 | -0.7 | -0.8 | 0.3 |
| 7 | -0.6 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -0.6 | -0.7 | 0.2 |
| 8 | -0.8 | -0.8 | -0.9 | -0.9 | -1 | -1 | -0.8 | -0.8 | -0.9 | 0.2 |
| 9 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -0.9 | -0.9 | -0.8 | -0.7 | -0.7 | -0.8 | 0.2 |
| 10 | -0.7 | -0.7 | -0.8 | -0.9 | -0.9 | -0.8 | -0.7 | -0.7 | -0.8 | 0.2 |
| Max. difference (μm) | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |